



UNIwersytet
Warszawski



Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów w UW

Warszawa 09.02.2021

Dotyczy: pytania do zamówienia publicznego nr 001/2021/IM

Pytanie.

1. Czy jest możliwość wjazdu dużą cysterną 30 ton?

Odpowiedz:

dostawy mają odbywać się do zewnętrznego zbiornika ciekłego azotu o pojemności 10 tys. litrów, znajdującego się na terenie kampusu UW ochota, gdzie obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większej niż 8 t.

Pytanie.

2. Czy możemy uzyskać więcej informacji co do samego zbiornika ? Jaki jest jego producent, jakie są tam przyłącza azotowe.

Odpowiedz:

zbiornik jest produkcji czechosłowackiej FEROX z 1986 r. Przyłącze: EN1092-1/11BI PN10/16/25/40 DN40/48.3 1.454111/1037

Ireneusz Mazur